



- 1-S0
- 2-S2
- 3-S4
- 4-S6
- 5-S7
- 6-S8
- 7-GND
- 8-SEL

EMBASE GP10
GP10 SOCKET

EMBASE MINI USB
MINI USB SOCKET

CONNECTION DE MASSE AVEC COSSE
GROUND WIRE WITH THIMBLE

Cristal B380 $\phi 76.2 \times 76.2$
B380 CRYSTAL $\phi 76.2 \times 76.2$

FENETRE D'ENTREE ALUMINIUM Ep:1
ALUMINUM ENTRANCE WINDOW Th:1

PM R6233
PMT R6233

Blindage antimagnetique
MAGNETIC SHIELD

PONT DIVISEUR
PREAMPLIFICATEUR
ANALYSEUR MULTI CANAUX
DEMONTABLE
(AMC POUR PM R6233,-HT, MCA BASE
120mHz ET USB)

REMOVABLE
VOLTAGE DIVIDER
PREAMPLIFIER
MULTI CHANNEL ANALYSER
(MCA BASE FOR PMT R6233,-HV,
120mHz AND USB)

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
DE L'ANALYSEUR MULTI CANAUX

LABEL FOR TYPE OF

MONTAGE EN HT < 0
NEGATIVE HV

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE +5°C A +50°C
GRADIENT 8°C/H MAXI
PHR <ou= 3.5% @ 662KeV GARANTIE AVEC HT= -800V

OPERATING TEMPERATURE +5°C TO +50°C
RATE 8°C/H MAX
PHR <or= 3.5% @ 662KeV GUARANTEED WITH HV= -800V TYPICAL

Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS	Date	Vérif.
D	30/06/14	C.J	MISE A JOUR SUIVANT DECCO 10285CI (ajouter specif)	03/07/14	AM
C	24/02/14	C.J	$\phi 83.2$ ETAIT 82.85	25/02/14	AM
B	04/02/14	C.J	MISE A JOUR ETIQUETTE AMC	18/02/14	AM
A	28/01/14	C.J	MISE A JOUR AVEC PIECES US	18/02/14	AM

TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mk) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES	
Propriété de la société SAINT-GOBAIN CRISTAUX ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.	
Date: 03/10/13	Ensemble: SCINTIBLOC 76 SEAAmc 76 /3 /B380
Dess: C.J	
Date: 18/02/14	Détail:
Vérif: AM	
Ech: 1:1	

10031C

SAINT-GOBAIN
CRYSTALS
Saint Pierre les Nemours - France

2	3	7	9	4	9
Indice D					

Ref.BE:
2-3-7283
2-3-7948

FORMAT **A3**